

Add`n Solutions GmbH & Co. KG
Föhrenstraße 7
78532 Tuttlingen

Project No. 7358
BA- Nr.
Begin of testing 06.03.2019
Prüfbeginn
End of testing 06.03.2019
Prüfende
Date of Report 06.03.2019
Datum Bericht
Customer No. 30167
Kunden Nr.

Identification of test item / Identifikation des Prüfgegenstands

Test item name

Bezeichnung des Prüfgegenstandes
Raspel 1.4021



Test item no.

Nummer des Prüfgegenstandes
-

Date test item received / Order number

Eingang Prüfgegenstände / Bestellnummer
20.02.2019 / Anlieferung

Batch No.

Chargen-Nr.
-

Condition at delivery

Anlieferungszustand
i.O.

Material

Material
-

Number of Test items

Anzahl Prüfgegenstände
1

Total surface of test item

Größe der Oberfläche des Prüfgegenstandes
-

Article No. Particle analysis OPZ

Artikel-Nr. Partikelanalyse OPZ
7003265

Product-specific features

Produktspezifische Besonderheiten

Delivery: non-sterile / *unsteril angeliefert*

The information about the test items listed above was provided by the sponsor and has not been verified by the test facility.

Die Informationen zu den Prüfgegenständen wurden vom Auftraggeber bereitgestellt und von der Prüfeinrichtung nicht verifiziert.

Test results (summary) / Prüfergebnis (Zusammenfassung)

Particle size: Associated diameter <i>Partikelgröße [µm]: Assoziierter Durchmesser</i>	Mean number of particles per test item without blank <i>Mittlere Anzahl der Partikel pro Prüfgegenstand ohne Blindwert</i>
> 5 µm	5313
> 25 µm	12

Cleanliness specifications
Sauberkeitsanforderungen

Evaluation is done by the customer
Auswertung erfolgt durch Auftraggeber